

Cẩm Phả, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**THÔNG BÁO**  
**V/v mời báo giá hàng hóa vật tư y tế**

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ vào Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài Chính quy định chi tiết về việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ thông tư 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/03/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế; cho phép các cơ sở y tế được áp dụng thí điểm hướng dẫn về xây dựng giá gói thầu trong năm 2023

Để có căn cứ lập dự toán trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh quan tâm gửi báo giá hàng hóa theo danh mục, số lượng cụ thể:

Stt	Danh mục hóa chất, vật tư	Cấu hình kỹ thuật tối thiểu	Đơn vị	Số lượng
1	Băng keo chỉ thị nhiệt cho hấp ướt	Băng keo siêu dính quy trình tiệt trùng bằng hơi nước. Kích thước (18 mm x50 m). Chuyển từ Vàng sang Nâu đậm / Đen. ISO 13485, Type 1	Cuộn	155

Stt	Danh mục hóa chất, vật tư	Cấu hình kỹ thuật tối thiểu	Đơn vị	Số lượng
2	Tấm Bowie Dick, khổ A4	Tấm chỉ thị kiểm soát chất lượng hút chân không và khả năng xâm nhập hơi nước của máy hấp ướtdùng để test máy trước mẻ hấp đầu tiên, cho chu trình 134 ° C trong 3.5 phút hoặc 132° C trong 4 phút, chuyển màu từ vàng sang Nâu đậm/ đen ,kích thước khổ giấy A4. ISO 13485 Type 2.	Tờ	200
3	Chỉ thị sinh học hấp ướtdùng cho kết quả trong 3 giờ	hỉ thị sinh học cho hấp ướtdùng, chủng Geobacillus stearothermophilus (ATCC7953) > = 10 ^ 6 bào tử mỗi ống. Thời gian đọc: 3 giờ khi sử dụng với máy đọc của hãng Terragene.	ống	50
4	Túi ép tiệt trùng dẹt dạng cuộn 250mm x 200m	ử dụng để tiệt khuẩn hơi nước , EO và Formaldehyde. Túi gồm có 2 mặt: Mặt trên là giấy y tế loại 60 gsm ± 5%. Độ thoáng khí của mặt giấy 10.29 um/Pa.s Mặt dưới phim xanh tiêu chuẩn (PET/ CPP) độ dày 52 um ± 5% ,độ bám dính: 154 g; có chỉ thị tiệt trùng cho khí EO, hơi nước, Formaldehyde, khả năng thay đổi màu rõ ràng và chính xác khi tiếp xúc với yếu tố tiệt khuẩn. Độ bền mỗi hàn: 6.6 n/15mm Tính năng : Dễ dàng hàn với mọi dòng máy hàn túi bằng nhiệt. Được hàn 3 đường để tăng độ bền. Túi được gia cố để tránh rách trong quá trình mở. Thao tác mở túi dễ dàng mà không bị rách Không có chì và không có mù - giúp hạn chế khu vực in giữa mặt giấy và màng film để tránh nhiễm khuẩn dụng cụ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 và CE	Cuộn	10
5	Túi ép tiệt trùng dẹt dạng cuộn 400mm x 200m	Sử dụng để tiệt khuẩn hơi nước , EO và Formaldehyde. Túi gồm có 2 mặt: Mặt trên là giấy y tế loại 60 gsm ± 5%. Độ thoáng khí của mặt giấy 10.29 um/Pa.s Mặt dưới phim xanh tiêu chuẩn (PET/ CPP) độ dày 52 um ± 5% ,độ bám dính: 154 g; có chỉ thị tiệt trùng cho khí EO, hơi nước, Formaldehyde, khả năng thay đổi màu rõ ràng và chính xác khi tiếp xúc với yếu tố tiệt khuẩn. Độ bền	Cuộn	10



Stt	Danh mục hóa chất, vật tư	Cấu hình kỹ thuật tối thiểu	Đơn vị	Số lượng
		mỗi hàn: 6.6 n/15mm Tính năng : Dễ dàng hàn với mọi dòng máy hàn túi bằng nhiệt. Được hàn 3 đường để tăng độ bền. Túi được gia cố để tránh rách trong quá trình mở. Thao tác mở túi dễ dàng mà không bị rách Không có chì và không có mủ - giúp hạn chế khu vực in giữa mặt giấy và màng film để tránh nhiễm khuẩn dụng cụ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 và CE		
	<b>Tổng cộng: 05 khoản</b>			

- Kính mời các Công ty/đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp toàn bộ hoặc một phần hàng hóa nêu trên chào giá.

- Hình thức nhận báo giá: Bằng Văn bản giấy ( Đơn vị quan tâm có thể gửi trước file scan bằng báo giá qua địa chỉ mail).

Địa chỉ nhận báo giá:

+ Địa chỉ hộp thư điện tử: Email: [hcqtbvdkkvc@gmail.com](mailto:hcqtbvdkkvc@gmail.com)

+ Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Phòng Hành Chính Quản trị, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả (địa chỉ: phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh).

+ Số điện Thoại liên hệ: 02033.950.759

- Thời gian nhận báo giá: trước 16 giờ, 00 phút ngày 05/05/2023.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Thanh**