

Số: 15/4 /TB-ĐKKVCP

Cẩm Phả, ngày 16 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc yêu cầu báo giá

Kính gửi: Các nhà sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm hoá chất sinh phẩm phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả

Địa chỉ: tổ 1, khu 3, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà: Phạm Thị Hồng Thúy, Trưởng phòng Hành chính Quản trị - vật tư, thiết bị Y tế.

Số điện thoại: 0963023322

Email: hcqtbvdkkvcp@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - vật tư, thiết bị Y tế. Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả, địa chỉ: tổ 1, khu 3, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 02033.950.759; 02033940116.

- Nhận qua email: hcqtbvdkkvcp@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2023 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

Stt	Tên hàng hóa	Cấu hình kỹ thuật tối thiểu	Đơn vị tính	Số lượng
Hoá chất sinh phẩm				
1	Test nhanh phát hiện HAV	Phát hiện và phân biệt được 02 kháng thể IgG và IgM kháng virus viêm gan A. Độ nhạy: 97.6%, Độ đặc hiệu: 98%. Giới hạn phát hiện 5 IU/ml. Không	Test	150

		trương tác với các mẫu chứa yếu tố dạng thấp, mẫu dương tính với kháng thể kháng HCV, kháng HIV và mẫu dương tính với HbsAg. Tiêu chuẩn CE, ISO		
2	Test định tính phát hiện kháng thể kháng HEV	Vùng cộng hợp: Kháng nguyên HEV tái tổ hợp&IgG thô. Vạch kết quả:Kháng thể chuột kháng IgG người Vạch chứng:Kháng thể dê kháng IgG chuột	Test	150
3	Test nhanh phát hiện Helicobacter pylori	Tiêu chuẩn CE, ISO Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA...) kháng. Thẻ tích mẫu sử dụng là 10 µl. Độ nhạy 95,9%; Độ đặc hiệu 89,6%.	Test	200
4	Test thử nước tiểu tìm Morphine/hero in	Phát hiện định tính nhanh morphin, opiate và các chất chuyển hóa của chúng trong mẫu nước tiểu người ở nồng độ giá trị cut-off là 300 ng/ml. Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 100%. Hạn dùng 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Có giấy phép lưu hành của BYT (test duy nhất có). Quy cách hộp 25 test. Tiêu chuẩn CE, ISO	Test	300
5	Test nhanh chẩn đoán KN Rota virus.	1. Phát hiện kháng nguyên Rotavirus nhóm A có trong mẫu phân. 2. Hoạt chất chính: Cộng hợp vàng kháng thể đơn dòng chuột kháng Rotavirus - keo vàng. Vạch thử: kháng thể đơn dòng thô kháng Rotavirus. Vạch chứng: kháng thể dê kháng chuột 3. Độ nhạy: 94% và Độ đặc hiệu: 98.3% và tương quan 96.9% so với RT-PCR; 3. Bảo quản ở 1-30°C. 4. Kít thử ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C. 5. Không có phản ứng chéo với BSA (2.0 g/dL); E.Coli (108 CFU/ml); Enterococcus faecalis (108 CFU/ml), Poliovirus, Adenovirus ... 6. Tiêu chuẩn ISO, CE 7. Bộ xét nghiệm gồm: 20 test thử, 20 tuýp chứa mẫu, 1 lọ dung môi, 20 tấm bông lấy mẫu, 20 ống đựng dung môi, 1 tờ HDSD	Test	50
6	Test nhanh phát hiện NS1 Dengue	Tiêu chuẩn: CE, ISO Phát hiện định tính kháng nguyên dengue NS1 trong huyết thanh người. Độ nhạy: 92.4%, Độ đặc hiệu: 98.4% so với RT-PCR	Test	210

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: không áp dụng
5. Các thông tin khác (nếu có).


Kính mời các Công ty/đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa nêu trên, báo giá và điền đầy đủ thông tin chi tiết của hàng hóa theo mẫu báo giá tại phụ lục 2 đính kèm. Đồng thời, cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật và các thông tin khác của hàng hóa.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website: BVĐKKVCP;
- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Thanh

PHỤ LỤC II
BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ BÁO GIÁ
(Kèm thông báo mời chào giá số : 14 /TB-ĐKKVCP ngày 16/10/2023 của Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả)
Thông tin của đơn vị báo giá
 (tên, địa chỉ, số điện thoại, email)

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh Viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, chúng tôi....(ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

Stt	Tên hàng hóa, thiết bị y tế	Tên thương mại, ký mã hiệu	Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu	Thông số kỹ thuật sản phẩm	Mã HS/ mã KKG	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (gồm thuế)	Thành tiền (VNĐ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:ngày, kể từ ngày.....tháng.....năm... (ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày)
 3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

Ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
 (ký tên, đóng dấu (nếu có))