

Số: 641/TB-ĐKKVCP

Cẩm Phả, ngày 17 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu báo giá thiết bị từ nguồn kinh phí Đề án tăng cường
cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao năng lực cơ sở y tế
tỉnh Quảng Ninh năm 2024 (giai đoạn 1)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng
giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị từ nguồn kinh phí Đề
án Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao năng lực cơ sở y tế tỉnh Quảng
Ninh năm 2024 (giai đoạn 1) với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả

Địa chỉ: tổ 1, khu 3, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà: Phạm Thị Hồng Thúy, Trưởng phòng Hành chính Quản trị - vật tư, thiết bị Y tế.

Số điện thoại: 0963.023.322; Email: hcqtbvdkkvcp@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - vật tư, thiết bị Y tế. Bệnh
viện ĐKKV Cẩm Phả, địa chỉ: tổ 1, khu 3, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh
Quảng Ninh. Điện thoại: 02033.950.759; 02033.940.116.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09 giờ ngày 17 tháng 05 năm 2024 đến trước
09 giờ 30 phút ngày 28 tháng 05 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 27 tháng 05 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang
thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị):

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1.	Máy lọc thận nhân tạo	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I	05	Máy

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo
quản thiết bị y tế: Lắp đặt, bàn giao nghiệm thu, hướng dẫn sử dụng hoàn chỉnh tại Bệnh
viện ĐKKV Cẩm Phả.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: không áp dụng
- Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao nghiệm thu và nhà thầu cùng cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo quy định.

5. Các thông tin khác (nếu có).

Kính mời các Công ty/ đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa nêu trên, báo giá và điền đầy đủ thông tin chi tiết của hàng hóa theo mẫu báo giá tại **phụ lục II** đính kèm. Đồng thời, cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật và các thông tin khác của hàng hóa

Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ CNTT (đăng tải);
- Lưu: VT, HCQT-VT, TBVT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Thanh



PHỤ LỤC I
Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế
*((Kèm thông báo số: 641/TB-ĐKKVCP ngày 17 tháng 05 năm 2024
của Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả))*

Stt	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng
1.	Máy lọc thận nhân tạo	Máy	5
I.	Yêu cầu chung		
	Thiết bị mới 100%; được sản xuất năm 2024 trở về sau		
	Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA, CFS các nước.... (nêu rõ)		
	Nguồn điện: 220V/50Hz		
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng		
II.	Cấu hình cung cấp		
	Máy chính: 01 máy		
	Bơm máu 01 cái		
	Bơm Heparin 01 cái		
	Màn hình hiển thị 01 cái		
	Bộ gắn màng lọc dịch: 01 cái		
	Giá treo màng lọc thận: 01 cái		
	Thanh treo dịch truyền: 01 cái		
	Khay đựng bình dung dịch sát khuẩn: 01 cái		
	Tay quay bơm máu dự phòng: 01 cái		
	Dây dẫn nước cấp, dây dẫn nước thải: 01 bộ		
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ		
III.	Cấu hình kỹ thuật		
	1. Máy chính		
	Máy chính: hoạt động với các chế độ:		
	Thẩm phân thông thường với một kim, hai kim		
	Siêu lọc liên tục, có kiểm soát thể tích		
	Lọc máu theo biểu đồ thời gian, lọc máu với chế độ rút nước đơn thuần không dung dịch lọc		
	2. Hệ thống dịch lọc		
	Máy sử dụng được cả 2 loại dịch: Acetate và Bicarbonate		
	Lưu lượng dịch thẩm phân: Từ ≤ 300 đến ≥ 800 ml/phút (độ chính xác $\pm 10\%$)		
	Nhiệt độ dịch lọc: Dải cài đặt nhiệt độ dịch lọc từ 33 độ C - 40 độ C		
	Máy có khả năng kiểm soát được độ dẫn điện của dịch lọc		

	Độ dẫn điện dịch bicarbonate 2 - 4mS/cm (20-40mmol/l) hay 4 – 7 mS/cm(40-70mmol/l) Tổng độ dẫn điện là : Từ ≤ 12.8 mS/cm – ≥ 15.7 mS/cm). Độ chính xác		
	Tốc độ siêu lọc : từ 0 đến ≥ 4.000 ml/giờ . Độ chính xác: $\pm \leq 2\%$		
	Có chức năng phát hiện rò rỉ máu		
	3. Vòng tuần hoàn		
	3.1 Bơm máu:		
	Bơm máu có hai trục lẫn		
	Tốc độ bơm: từ ≤ 50 đến ≥ 600 ml/phút		
	3.2 Bơm Heparin		
	Các loại bơm tiêm sử dụng được: 10, 20, 30 ml.		
	Tốc độ truyền: Khoảng từ 0 đến ≥ 10 ml/h		
	3.3 Có chức năng đo áp lực máu		
	Áp lực động mạch: Dây cài đặt từ $\leq (-400)$ mmHg đến $\geq (+400)$ mmHg		
	Áp lực tĩnh mạch: Dây cài đặt $\leq (+20)$ - $\geq (+390)$ mmHg,		
	3.4 Có chức năng đo áp lực xuyên màng		
	Áp lực xuyên màng : Từ $\leq (-10)$ mmHg đến $\geq (+520)$ mmHg)		
	3.5 Có chức năng đo áp lực trước màng		
	Áp lực trước màng: từ 0 đến ≥ 700 mmHg		
	4. Theo dõi và hiển thị		
	Màn hình cảm ứng màu LED hoặc LCD; kích thước màn hình $\geq 10,4''$ (inch); màn hình có thể xoay được;		
	Có các biểu tượng tượng hình và hướng dẫn sử dụng rõ ràng.		
	Có hệ thống đèn báo trạng thái		
	5. Chương trình rửa và khử khuẩn		
	Thiết bị có chế độ khử khuẩn bằng nhiệt và hoá chất		
	Có chức năng cài đặt thông số súc rửa tự động		
	6. Chức năng theo dõi, đánh giá		
	Có các chương trình điều trị cài đặt theo biểu đồ thời gian: Biểu đồ siêu lọc, Biểu đồ Bicarbonate, Biểu đồ nhiệt độ , Biểu đồ Na ⁺ , Biểu đồ Heparin, Biểu đồ dịch lọc....		
	7. Có các chức năng an toàn		
	Có hệ thống báo động toàn diện bằng đèn và âm thanh (khi vượt quá giới hạn chỉ định trong quá trình điều trị)		
	Có hệ thống phát hiện dò bọt khí bằng cảm biến siêu âm		
	8. Có các chức năng an toàn		

	Có chức năng kiểm tra máy trước và sau điều trị		
	Hệ thống tự động kiểm tra: nhiệt độ, độ dẫn điện (nồng độ Na ⁺), áp lực dịch, kiểm tra bộ phận bảo võ màng, kiểm tra dây máu, màng lọc		

Lưu ý:

(1) Ngoài các yêu cầu cơ bản như trên, đề nghị chào rõ chi tiết các thành phần, chức năng thông số kỹ thuật khác của thiết bị mà nhà thầu báo giá.

(2) Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư thiết bị cũng như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc sổ catalogue được nêu tại phụ lục 1 này chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế các hãng sản xuất, nhà cung cấp. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalogue khác miễn là các hãng sản xuất, nhà cung cấp chứng minh cho Chủ đầu tư/ Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại phụ lục 1.

Bất kỳ danh từ riêng, kí hiệu riêng, thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong phụ lục 1 chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, thông số, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp có thể lựa chọn hàng hóa có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, chất liệu, tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu tại Phụ lục 1 (kèm theo tài liệu chứng minh) để cung cấp trong báo giá.

PHỤ LỤC II
BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ BÁO GIÁ

(Kèm thông báo số : 641/TB-ĐKKVCP ngày 17 tháng 05 năm 2024 của Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả)

Thông tin của đơn vị báo giá
(tên, địa chỉ, số điện thoại, email)

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh Viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, chúng tôi....(ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

Stt	Tên hàng hóa, thiết bị y tế	Tên thương mại, ký mã hiệu, model sản phẩm	Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu (nếu có)	Thông số kỹ thuật của sản phẩm	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (gồm thuế)	Thành tiền (VNĐ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:ngày, kể từ ngày 27 tháng 05 năm 2024. (ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày)
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 - Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

Ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))