

Số: 203/TB-ĐKKVCP

Cẩm Phả, ngày 02 tháng 08 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**Về việc yêu cầu báo giá**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua Vật tư mổ cột sống phục vụ công tác phẫu thuật cho bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả  
Địa chỉ: tổ 1, khu 3, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh  
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
Bà: Phạm Thị Hồng Thúy, TP Hành chính Quản trị - Vật tư, thiết bị y tế.  
Số điện thoại: 0963023322  
Email: hcqtbvdkkvcp@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - vật tư, thiết bị Y tế. Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả, địa chỉ: tổ 1, khu 3, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 02033940116.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 02 tháng 08 năm 2024 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 11 tháng 08 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 11 tháng 08 năm 2024.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục hàng hóa (Vật tư y tế, Hóa chất xét nghiệm....)

Stt	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Vít cột sống đa trục ren đôi	<b>Thông số kỹ thuật:</b> Vít cột sống đa trục ren đôi (double thread) có 3 vùng ren, chất liệu hợp kim TI6AL4V ELI eli, mũ vít dạng low-profile, đường kính từ 4.5mm đến 7.0mm (mỗi cỡ tăng 0.5mm), góc mở của vít đa trục 40 độ, mũ vít tự taro, chiều dài từ 20mm đến 90mm. mũ vít dạng thấp (low profile) với chiều cao 15.1mm và đường kính 13.5mm. 2tiêu chuẩn fda	Cái	6
2	Miếng ghép đĩa đệm lưng loại thẳng	<b>Thông số kỹ thuật:</b> Miếng ghép đĩa đệm lưng peek optima, các kiểu 0 độ hoặc 4 độ, chiều dài 20mm hoặc 25mm, chiều rộng 11mm, chiều cao từ 9mm-18mm (mỗi cỡ tăng 1mm)	Cái	2

Stt	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
3	Nẹp dọc chất liệu TI6AL4V ELI	<b>Thông số kỹ thuật:</b> Nẹp dọc cột sống chất liệu TI6AL4V ELI, gồm các loại 2 đầu lục giác hoặc 2 đầu vát, dài 400mm, đường kính 5.5mm, tiêu chuẩn FDA	Cái	2
4	Vít ốc khóa trong	<b>Thông số kỹ thuật:</b> Vít ốc khóa trong chất liệu TI6AL4V ELI eli có bước ren dạng liên kết (buttress thread) và phần giữa đặc lòng giúp tăng bề mặt tiếp xúc với nẹp dọc. kích thước 9.5x 1.25, tiêu chuẩn FDA	Cái	6
5	Bộ bơm xi măng không bóng	<b>Thông số kỹ thuật:</b> Bộ xi măng gồm 2:kim chọc dò cán chữ t, mũi vát 3 mặt. vật liệu: thép không gỉ và nhựa y tế. chiều dài $\geq 124$ mm và $126$ mm $\leq$ . kích cỡ đường kính từ $\varnothing 3.0$ - $\varnothing 4.0$ 1: bộ trộn đầy xi măng gồm 06 phần: 1-bơm xi măng hình trụ, dung tích 30ml; 2-phễu; 3-nắp khóa; 4-thanh trộn xi măng 1 đầu có hình dạng lò xo; 5-dây nối giảm áp, 6-thanh đầy xi măng .1:xi măng xương pmma kèm dung dịch pha thành phần xi măng: poly-methylmethacrylate: 7,70g ;60% zirconium dioxide: 12,00g; benzoyl peroxide: 0,30g. thành phần dung dịch: methylmethacrylate (mma): 8,436g; n,n-dimetyl-p-toluidine: 0,064g; hydroquinone: 150ppm đóng gói bao gồm: 20g xi-măng sinh học và 8.5g dung dịch pha.tiêu chuẩn ISO	Bộ	1


2. Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản: Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, theo thông báo đặt hàng của bệnh viện


4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: không áp dụng

5. Các thông tin khác (nếu có).

Kính mời các Công ty/đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa nêu trên, báo giá đầy đủ thông tin cho đơn vị. Đồng thời, cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật và các thông tin khác của hàng hóa

Trân trọng cảm ơn. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website: BVĐK KVCP;
- Lưu: VT, HCOT 

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Thanh**

**PHỤ LỤC**  
**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ BÁO GIÁ**

(Kèm thông báo mời chào giá số : *Q3/TB-ĐKKVCP* ngày 09/08/2024 của Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả)

**Thông tin của đơn vị báo giá**  
(tên, địa chỉ, số điện thoại, email)

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh Viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, chúng tôi...(ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá ( gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

Stt	Tên hàng hóa, thiết bị y tế	Tên thương mại, ký mã hiệu	Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu	Thông số kỹ thuật sản phẩm	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (gồm thuế)	Thành tiền (VNĐ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											

Bảng chữ :

Ghi chú: Giá trên là giá đã bao gồm thuế, phí vận chuyển, giao hàng tại kho Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả.

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .....ngày, kể từ ngày.....tháng.....năm... ( ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày)

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

Ngày ..... tháng ..... năm

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**  
(ký tên, đóng dấu (nếu có))