

Số: 841 /TB-ĐKKVCP

Cẩm Phả, ngày 19 tháng 08 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**Về việc yêu cầu báo giá**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua vật tư mổ Khớp gối toàn phần phục vụ công tác chuyên môn cho bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả  
Địa chỉ: tổ 1, khu 3, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh  
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
Bà: Phạm Thị Hồng Thúy, TP Hành chính Quản trị - Vật tư, thiết bị y tế.  
Số điện thoại: 0963023322  
Email: hcqtbvdkkvcp@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - vật tư, thiết bị Y tế. Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả, địa chỉ: tổ 1, khu 3, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 02033940116.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 19 tháng 08 năm 2024 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 28 tháng 08 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 08 năm 2024.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục hàng hóa (Vật tư y tế, Hóa chất xét nghiệm...)

Stt	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Khớp gối toàn phần có xi măng (vật liệu lõi cầu & mâm chày: Chrome Cobalt	<b>Thông số kỹ thuật:</b> 1.Lõi cầu có xi măng + Vật liệu: Chrome Cobalt theo tiêu chuẩn ISO 5832-4 + Cấu tạo có rãnh giữa, có khả năng gấp duỗi tối đa 145°-5. Thiết kế phải trái riêng biệt theo giải phẫu. + Kích thước các cỡ 0,1,2,3,4,5,6,7,8, 9 phải , trái. 2.'Đệm chày: lớp đệm mâm chày cố định + Vật liệu: UHMWPE PEXEL cao phân tử theo tiêu chuẩn ISO 5834-1&2 + Kích thước:	01	Bộ

Stt	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		từ 0-8, có độ dày khác nhau: 10mm, 12mm, 15mm và 18mm 3.' Mâm chày có xi măng + Vật liệu: Chrome Cobalt theo tiêu chuẩn ISO5832-4. thiết kế tối thiểu 9 cỡ phải , trái riêng biệt + Kích thước các cỡ 0,1,2,3,4,5,6,7,8 phải, trái 4.Xi măng kháng sinh hàm lượng 60g + Thành phần bao gồm: phần bột có chứa chất trùng hợp Poly-methyl methacrylate: 51.81g và chất khởi đầu phần ứng trùng hợp, Benzoyl Peroxide: 1.44g, Barium sulphate ph.eur: 6.00g, Gentamicin base (as sulphate): 0,75g; phần dung môi có chứa methyl methacrylate: 29,64ml được trộn theo tỷ lệ với Hydroquinone 18-20ppm, và N, N Dimethyl p-toluidine 0,36ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485,CE		

2. Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản: Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, theo thông báo đặt hàng của bệnh viện

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: không áp dụng

5. Các thông tin khác (nếu có).

Kính mời các Công ty/đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa nêu trên, báo giá đầy đủ thông tin cho đơn vị. Đồng thời, cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật và các thông tin khác của hàng hóa

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website: BVĐKKVCP;
- Lưu: HCQT-VT, TBYT



**Nguyễn Đức Thanh**