

Số: 246/TB-ĐKKVCP

Cẩm Phả, ngày 21 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu báo giá vật tư phẫu thuật khớp háng

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư phẫu thuật khớp háng phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả

Địa chỉ: tổ 1, khu 3, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà: Phạm Thị Hồng Thúy, TP. Hành chính Quản trị - vật tư, thiết bị Y tế.

Số điện thoại: 0963.023.322; Email: hcqtbvdkkvcp@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - vật tư, thiết bị Y tế. Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả, địa chỉ: tổ 1, khu 3, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 02033940116.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 21 tháng 02 năm 2025 đến trước 10 giờ 30 phút ngày 03 tháng 03 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03 tháng 03 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa (thiết bị y tế...)

Stt	Tên hàng hóa thiết bị y tế	Nội dung yêu cầu về danh mục hàng hóa và các thông tin liên quan về kỹ thuật (nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng
1	Khớp háng bán phần không xi măng chuỗi ngắn (03 chi tiết)	1. Ổ cối (Moonstone bán phần) Loại bán phần (đầu chòm bipolar): cấu tạo bởi 2 lớp, bên ngoài được làm bằng thép không gỉ, bên trong là lớp polyethylene cao phân tử kích thước từ 39/40/41/42/43/44 /45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/59mm, có thiết kế 2 loại: có vòng khóa hoặc không có vòng khóa. 2. Chòm Chòm chất liệu Co-Cr kích thước 22.2 (-2mm; +0mm; +2mm) và 28mm (-7mm;	Bộ	03

		<p>-3.5mm; +0mm; +3.5mm; +7mm; +10.5mm)</p> <p>3. Cuồng xương đùi: (cuồng xương đùi Stemsys) + Vật liệu: phần nhám thân chuôi chất liệu Titanium phun plasma titan 180µm rồi phủ toàn bộ bên ngoài bằng lớp canxi HAP (Calcium hydroxylapatite), dày 80µm, có khả năng chống xoay chống lún, có rãnh dọc nén xương. + Kích thước: từ size 7 (110mm), 8(115mm), 9(120mm), 10(125mm), 11(130mm), 12(135mm), 13(140mm), 14(145mm), 15(150mm), 16(155mm), 18(160mm), 20(170mm). Offset tương ứng 35,0-36,0-37,0-39,0-39,7-40,5-41,0-41,5-42,4-43,3-44,1-45,0 + Cấu tạo: chiều dài cổ 35-38,5mm Góc nghiêng 135°, cổ côn 12/14</p>		
2	<p>Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài (3 chi tiết)</p>	<p>1. Ổ cối Bán phần (đầu chòm bipolar cups) Cấu tạo bởi 2 lớp ,bên ngoài được làm bằng thép không gỉ và các thành phần hợp kim với hàm lượng Crom 17-19% , hàm lượng Niken 13-15% , hàm lượng Molybden(Mo) 2,25-3% , bên trong là lớp polyethylene cao phân tử (UHMWPE) kích thước từ 39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/59mm với thiết kế 2 loại có vòng khóa hoặc không thuận tiện cho việc tháo lắp chòm và chống chặm tối đa.</p> <p>2. Chòm Chòm chất liệu Co-Cr kích thước 22.2 (-2mm; +0mm; +2mm) và 28mm (-7mm; -3.5mm; +0mm; +3.5mm; +7mm; +10.5mm)</p> <p>3. Cuồng xương đùi: (cuồng xương đùi Stemsys) + Vật liệu: phần nhám thân chuôi chất liệu Titanium alloy TA6V theo tiêu chuẩn ISO5832-3 phun plasma titan T40 porous 180µm rồi phủ toàn bộ bên ngoài bằng lớp canxi HAP (Calcium hydroxylapatite) dày 80µm kích thích hình thành xương, chống xoay chống lún, có rãnh dọc nén xương. Loại có vít khóa hoặc có rãnh cắt ở cuối chuôi. + Kích thước size: 10 (200mm), 12(210mm), 12L(260mm), 12XL(320mm),14(220mm), 16(230mm), 18(240mm), 20(240mm), Offset tương ứng 39,0/40,5/40,5/40,5/41,5/43,3/44,1/45,0 +Cấu tạo:chiều dài cổ 38,5mm ,Góc nghiêng 135°, cổ côn 12/14</p>	Bộ	01
3	<p>Khớp háng toàn phần không xi măng phủ HA bảo tồn xương (05 chi tiết)</p>	<p>1 .Ổ cối (FREELINER) - Chất liệu Titanium TA6V phun Porous titanium dày 400- 600µm và phủ Calcium hydroxylapatite dày 80µm. - Ổ cối gồm một vành ngoài vi 2,6mm ,thiết kế 01 lỗ lắp dụng cụ đóng ổ cối và 04 lỗ bắt vít tạo thành một cung 120°, kích thước từ 44-66mm, mỗi nhịp cách nhau 2mm</p> <p>2. Lót ổ cối (PEXEL FREELINER)</p>	Bộ	01

	<p>+ Chất liệu UHMWPE cao phân tử. Có 10 chốt khóa lắp khít với ổ cối.</p> <p>3. Chôm khớp</p> <p>- Chất liệu ceramic Al.comp</p> <p>Vật liệu ceramic composite theo tiêu chuẩn ISO6474-2, kích thước 28mm (-3.5mm; +0mm; +3.5mm)</p> <p>4. Cuống xương đùi Stemsys:</p> <p>+ Vật liệu: phần nhám thân chuôi chất liệu Titanium alloy TA6V theo tiêu chuẩn ISO5832-3 phun plasma titan T40 porous 200±50µm rồi phủ toàn bộ bên ngoài bằng lớp canxi HAP (Calcium hydroxylapatite) dày 100±35µm kích thích hình thành xương, chống xoay chống lún, có rãnh dọc nén xương, rãnh ngang chống lún.</p> <p>+ Kích thước: từ size 7(110mm), 8(115mm), 9(120mm), 10(125mm), 11(130mm), 12(135mm), 13(140mm), 14(145mm), 15(150mm), 16(155mm), 18(160mm), 20(170mm).</p> <p>+ Cấu tạo: Góc nghiêng 135°, cổ côn 12/14</p> <p>5. Vít ổ cối (screw): chất liệu titanium TA6V, đường kính 6.0mm, cỡ 20/25/30/35/40/45/50mm</p>		
	Tổng cộng : (03 danh mục)		

2. Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản: Tại kho Vật tư y tế, phòng HCQT-VT, BHYT Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả.

3. Thời gian cung cấp hàng hóa: trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và theo thông báo đặt hàng của bệnh viện

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: không áp dụng

- Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao nghiệm thu và nhà thầu cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo quy định.

5. Các thông tin khác (nếu có).

Kính mời các Công ty/ đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa nêu trên, báo giá và điền đầy đủ thông tin chi tiết của hàng hóa theo nội dung yêu cầu báo giá.

Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả trân trọng thông báo./. *Hà*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website: BVĐKKVCP;
- Lưu: VT, HCQT-VT, BHYT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Thanh

PHỤ LỤC II
BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ BÁO GIÁ
(Kèm thông báo số: 246 /TB-ĐKKVCP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả)

Thông tin của đơn vị báo giá
(tên, địa chỉ, số điện thoại, email)

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh Viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, chúng tôi....(ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

Stt	Tên hàng hóa, thiết bị y tế	Tên thương mại, ký mã hiệu, model sản phẩm	Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu (nếu có)	Thông số kỹ thuật cơ bản của sản phẩm	Mã HS	Hãng, nước sản xuất	Hãng, nước chủ sở hữu	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Đơn lượng/khối lượng	Đơn giá (gồm thuế)	Thành tiền (VNĐ)	Giá trúng thầu trong vòng 12 tháng gần nhất (nếu có)	Số, ngày, tên đơn vị quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu (nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1														
2														

Ghi chú: - Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế.

- Đơn vị phải cung cấp đầy đủ thông tin vào các cột chưa điền thông tin.

- Đơn vị cung cấp kèm theo bản scan hợp đồng đã trúng thầu trong vòng 12 tháng gần nhất (nếu có)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày 03 tháng 03 năm 2025. (ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày)

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

Ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(ký tên, đóng dấu (nếu có))