

Số: 237 /TB-ĐKKVCP

Cẩm Phả, ngày 19 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu báo giá vật tư sử dụng trong phẫu thuật nội soi khớp gối

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư sử dụng trong phẫu thuật nội soi khớp gối phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả

Địa chỉ: tổ 1, khu 3, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà: Phạm Thị Hồng Thúy, TP. Hành chính Quản trị - vật tư, thiết bị Y tế.

Số điện thoại: 0963.023.322; Email: hcqtbvdkkvcp@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - vật tư, thiết bị Y tế. Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả, địa chỉ: tổ 1, khu 3, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 02033940116.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 19 tháng 02 năm 2025 đến trước 10 giờ 30 phút ngày 01 tháng 03 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa (thiết bị y tế...)

Stt	Tên hàng hóa thiết bị y tế	Nội dung yêu cầu về danh mục hàng hóa và các thông tin liên quan về kỹ thuật (nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng
A.	Yêu cầu chung			
	Hàng hóa mới 100%, được phép lưu hành theo Luật định			
	Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương			
	Hàng hóa có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn FDA hoặc giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE hoặc giấy chứng nhận lưu hành tự do tại các nước thành viên G7			
B.	Yêu cầu danh mục vật tư sử dụng cho phẫu thuật nội soi khớp gối			
1	Lưỡi bào khớp các loại, các cỡ	<ul style="list-style-type: none">Thiết kế có răng; có tối thiểu 3 đường kính trong khoảng 3.5-5.5mm.Có thể xoay 360 độ để dễ dàng thao tác trong	Cái	10

		<p>quá trình phẫu thuật.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiều dài làm việc $\geq 13\text{cm}$ • Sử dụng được với tay bào có tốc độ vòng quay lên đến 16000 vòng/phút, tần số dao động lên đến 4Hz. 		
2	Lưỡi cắt đốt cao tần	<ul style="list-style-type: none"> • Bề mặt điện cực lớn giúp loại bỏ tốt các phần mô mềm cần loại bỏ, và cầm máu trong ổ khớp. • Độ gập góc (cong) ≤ 90 	Cái	10
3	Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy	<ul style="list-style-type: none"> • Dây dẫn dịch chạy bằng máy. Dây được sử dụng với máy bơm nước có áp lực lên đến 200 mmHg, lưu lượng bơm lên đến 2 L/phút • Vật liệu: nhựa có bộ chip điều khiển được dòng nước : tốc độ và áp lực dòng chảy. • Chiều dài dây nước $\geq 3\text{m}$. 	Cái	10
4	Chỉ siêu bền dùng trong nội soi khớp	<ul style="list-style-type: none"> • Chất liệu: Polyethylene cao phân tử siêu bền (UHMWPE), bề rộng chỉ 1.40 mm. • Lực kéo $\geq 576\text{N/mm}^2$ 	Sợi	8
5	Vít treo gân có thể tự điều chỉnh độ dài	<ul style="list-style-type: none"> • Vít bằng chất liệu nhựa trọng lượng phân tử cao (UHMWPE), có 4 lỗ có vòng treo điều chỉnh được, hai sợi chỉ riêng biệt dùng lật và kéo, chất liệu chỉ bằng nhựa trọng lượng phân tử cao (UHMWPE). • Kích thước thanh treo: 4x12mm • Lực kéo $\geq 1840\text{ Newton}$ 	Cái	14
Tổng cộng: (05 khoản)				

2. Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản: Tại kho Vật tư y tế, phòng HCQT-VT, TBYT Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả.

3. Thời gian cung cấp hàng hóa: trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và theo thông báo đặt hàng của bệnh viện

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: không áp dụng

- Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao nghiệm thu và nhà thầu cùng cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo quy định.

5. Các thông tin khác (nếu có).

Kính mời các Công ty/ đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa nêu trên, báo giá và điền đầy đủ thông tin chi tiết của hàng hóa theo nội dung yêu cầu báo giá.

Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả trân trọng thông báo. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website: BVĐKKVCP;
- Lưu: VT, HCQT-VT, TBYT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Thanh

PHỤ LỤC II
BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ BÁO GIÁ
(Kèm thông báo số: 237 /TB-ĐKKVCP ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả)

Thông tin của đơn vị báo giá
(tên, địa chỉ, số điện thoại, email)

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh Viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, chúng tôi....(ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

Stt	Tên hàng hóa, thiết bị y tế	Tên thương mại, ký mã hiệu, model sản phẩm	Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu (nếu có)	Thông số kỹ thuật cơ bản của sản phẩm	Mã HS	Hãng, nước sản xuất	Hãng, nước chủ sở hữu	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (gồm thuế)	Thành tiền (VNĐ)	Giá trúng thầu trong vòng 12 tháng gần nhất (nếu có)	Số, ngày, tên đơn vị quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu (nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1														
2														

Ghi chú: - Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế.

- Đơn vị phải cung cấp đầy đủ thông tin vào các cột chưa điền thông tin.

- Đơn vị cung cấp kèm theo bản scan hợp đồng đã trúng thầu trong vòng 12 tháng gần nhất (nếu có)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày 03 tháng 03 năm 2025. (ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày)

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

Ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(ký tên, đóng dấu (nếu có))