

Số: 271^A/TB-ĐKKVCP

Cẩm Phả, ngày 04 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu báo giá thiết bị Bàn đờ (Giường điện sản khoa)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm thiết bị bàn đờ (giường điện sản khoa) phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả

Địa chỉ: tổ 1, khu 3, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà: Phạm Thị Hồng Thúy, TP. Hành chính Quản trị - vật tư, thiết bị Y tế.

Số điện thoại: 0963.023.322; Email: hcqtbvdkkvcp@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - vật tư, thiết bị Y tế. Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả, địa chỉ: tổ 1, khu 3, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 02033940116.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 04 tháng 03 năm 2025 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 13 tháng 03 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 03 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa (thiết bị y tế...)

Stt	Tên hàng hóa thiết bị y tế	Nội dung yêu cầu về danh mục hàng hóa và các thông tin liên quan về kỹ thuật (nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bàn đờ (Giường điện sản khoa)	Chi tiết tại phụ lục I đính kèm	Chiếc	02
Tổng cộng : (01 danh mục)				

2. Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản: Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả.


3. Thời gian cung cấp hàng hóa: trong vòng 35 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và theo thông báo đặt hàng của bệnh viện

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: không áp dụng
- Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao nghiệm thu và nhà thầu cùng cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo quy định.

5. Các thông tin khác (nếu có).

Kính mời các Công ty/ đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa nêu trên, báo giá và điền đầy đủ thông tin chi tiết của hàng hóa theo nội dung yêu cầu báo giá tại phụ lục II.

Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả trân trọng thông báo. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website: BVĐKKVCP;
- Lưu: VT, HCQT-VT, TBYT



Nguyễn Đức Thanh



PHỤ LỤC I

Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế

(Kèm thông báo số: 277/TB-ĐKKVCP ngày 4 tháng 03 năm 2025

của Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả)

STT	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng
1.	Bàn đờ (Giường điện sản khoa)	Chiếc	1
A.	Yêu cầu chung		
	- Thiết bị mới 100%		
	- Sản xuất năm 2025 trở về sau		
	- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO hoặc tương đương		
	- Hàng hóa có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương		
B.	Yêu cầu cấu hình		
	Giường sản: 01 cái, bao gồm:		
	+ Động cơ nâng hạ: 3 cái		
	+ Bánh xe có khóa trung tâm: 4 bánh xe		
	+ Bàn đạp khóa trung tâm: 02 cái		
	+ Tấm đầu có khóa an toàn: 01 cái		
	+ Thành 2 bên có đèn báo góc: 01 bộ		
	+ Tay cầm: 1 cặp		
	+ Giá đỡ chân: 1 cặp		
	+ Chậu chứa thải: 1 cái		
	+ Điều khiển cầm tay: 01 cái		
	+ Dây nguồn: 01 cái		
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ		
C.	Yêu cầu tính năng và thông số kỹ thuật		
	- Vật liệu: Chân bàn và hệ thống điều chỉnh độ cao được làm bằng thép sơn tĩnh điện.		
	- Bề mặt giường: Mặt giường bằng thép bọc nhựa, làm từ vật liệu nguyên sinh, có thể tháo rời.		
	- Tấm đầu và thành 2 bên: được làm bằng chất liệu nhựa ABS nguyên sinh, tấm đầu có thể tháo rời.		
	- Được trang bị một điều khiển cầm tay.		
	- Tay cầm có thể di chuyển và tháo rời.		
	- Giá đỡ chân có thể tháo rời và di chuyển.		
	- Bánh xe: có kích thước 5 inch (± 2)		
	- Có bồn chứa nước thải, chất liệu thép không gỉ		
	- Nệm: được làm bằng mút xốp mật độ cao, độ đàn hồi tốt, có thể tháo rời		
	- Tấm đỡ chân: có khả năng điều chỉnh kéo ra rút vào.		
	- Kích thước bên ngoài (mm): 2050 x 960 mm (± 30 mm)		

- Chiều cao (mm): 640 - 1000 mm (± 20 mm)		
- Tựa lưng lên xuống: 0 - 70°		
- Trendelenburg đảo ngược: 0 - 10° ($\pm 2^\circ$)		
- Trendelenburg: 0 - 10° ($\pm 2^\circ$)		
- Có khả năng điều chỉnh chỗ để chân: -5° - 65°, phần chân có thể tháo rời		
- Khả năng chịu trọng lượng: ≥ 200 kg		

Lưu ý:

(1) Ngoài các yêu cầu cơ bản như trên, đề nghị chào rõ chi tiết các thành phần, chức năng thông số kỹ thuật khác của thiết bị mà nhà thầu báo giá.

(2) Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư thiết bị cũng như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalogue được nêu tại phụ lục 1 này chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế các hãng sản xuất, nhà cung cấp. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalogue khác miễn là các hãng sản xuất, nhà cung cấp chứng minh cho Chủ đầu tư/ Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại phụ lục 1.

Bất kỳ danh từ riêng, kí hiệu riêng, thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong phụ lục 1 chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, thông số, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp có thể lựa chọn hàng hóa có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, chất liệu, tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu tại Phụ lục 1 (kèm theo tài liệu chứng minh) để cung cấp trong báo giá.



PHỤ LỤC II BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ BÁO GIÁ

(Kèm thông báo số: 21/TB-ĐKKV/CPC ngày tháng 03 năm 2025 của Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả)

Thông tin của đơn vị báo giá
(tên, địa chỉ, số điện thoại, email)

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh Viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả, chúng tôi....(ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

Stt	Tên hàng hóa, thiết bị y tế	Tên thương mại, ký mã hiệu, model sản phẩm	Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu (nếu có)	Thông số kỹ thuật cơ bản của sản phẩm	Mã HS	Hãng, nước sản xuất	Hãng, nước chủ sở hữu	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (gồm thuế)	Thành tiền (VNĐ)	Giá trúng thầu trong vòng 12 tháng gần nhất (nếu có)	Số, ngày, tên đơn vị quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu (nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1														
2														

Ghi chú: - Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tình năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế.

- Đơn vị phải cung cấp đầy đủ thông tin vào các cột chưa điền thông tin.

- Đơn vị cung cấp kèm theo bản scan hợp đồng đã trúng thầu trong vòng 12 tháng gần nhất (nếu có)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày 04 tháng 03 năm 2025. (ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày)

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

Ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(ký tên, đóng dấu (nếu có))