

THÔNG BÁO
Về việc yêu cầu báo giá vật tư y tế

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp Phụ kiện máy Monitor phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả

Địa chỉ: tổ 1, khu 3, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà: Phạm Thị Hồng Thúy, TP. Hành chính Quản trị - vật tư, thiết bị Y tế.

Số điện thoại: 0963.023.322; Email: hcqtbvdkkvcp@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - vật tư, thiết bị Y tế. Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả, địa chỉ: tổ 1, khu 3, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 02033940116.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 29 tháng 04 năm 2025 đến trước 09 giờ 30 phút ngày 08 tháng 05 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 08 tháng 05 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị): *Chi tiết tại phụ lục I đính kèm*

2. Bảng cung cấp thông tin hàng hóa và chào giá: *Chi tiết tại phụ lục II đính kèm*

3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: cung cấp, bàn giao nghiệm thu hàng hóa tại kho Vật tư hóa chất, phong HCQT-VT, TBYT của Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả.

4. Thời gian cung cấp hàng hóa: trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: không áp dụng

- Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao nghiệm thu và nhà thầu cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo quy định.

6. Các thông tin khác (nếu có).

Kính mời các Công ty/ đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa nêu trên, báo giá và điền đầy đủ thông tin chi tiết của hàng hóa theo mẫu báo giá tại **phụ lục II** đính kèm.

Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website: BVĐKKVCP;
- Lưu: VT, HCQT-VT.TBYT



GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Thanh

PHỤ LỤC I

Danh mục thiết bị y tế (vật tư, hóa chất xét nghiệm)

(Kèm thông báo số : 516A/TB-ĐKKVCP ngày 29/04/2025)

STT	Nội dung yêu cầu về danh mục hàng hóa và các thông tin liên quan về kỹ thuật (nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng
A.	Yêu cầu chung cho các vật tư y tế		
	- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau		
	- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương		
B.	Yêu cầu danh mục vật tư y tế (gồm 06 danh mục)		
1	Dây SPO2 dùng cho máy Monitor Philips -Dùng cho Người lớn, - Công nghệ đo: LED 3 bước sóng và bộ thu nhận quang học -Bước sóng LED: 660nm / 880nm / 940nm -Độ chính xác SpO2: $\pm 3\%$ (70-100%); Không xác định (0-69%) - Dải đo nhịp mạch: 20 - 250 nhịp / phút - Độ chính xác đo nhịp mạch: ± 3 (20 - 250 nhịp / phút) - Chất liệu: Vỏ bằng nhựa, bằng Silicon - Cáp bằng TPU, đường kính $\geq 4\text{mm}$, dài $\geq 3\text{m}$	Cái	02
2	Dây SPO2 dùng cho Máy Monitor Nihon Kohden Dùng cho bệnh nhân: Người lớn -Công nghệ đo: LED 3 bước sóng và bộ thu nhận quang học -Bước sóng LED: 660nm / 880nm / 940nm -Độ chính xác SpO2: $\pm 3\%$ (70-100%); Không xác định (0-69%) -Dải đo nhịp mạch: 20 - 250 nhịp / phút -Độ chính xác đo nhịp mạch: ± 3 (20 - 250 nhịp / phút) - Chất liệu: Vỏ bằng bằng Silicon - Cáp bằng TPU, đường kính $\geq 4\text{mm}$, dài $\geq 3\text{m}$	Cái	02
3	Bao đo huyết áp loại 2 dây dùng cho máy Nihon Kohden -Tương thích với phần lớn các dòng Monitor theo dõi bệnh nhân trên thế giới: Nihon Kohden, Philips, -Sử dụng cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh -Sử dụng nhiều lần, 2 dây -Chất liệu: Nylon TPU mềm cho loại dùng nhiều lần,	Cái	05

4	Bao đo huyết áp loại 1 dây dùng cho máy Nihon Kohden -Tương thích với các dòng Monitor theo dõi bệnh nhân -Nihon Kohden, Philips, BCI, Infinium, Spacelabs, Goldway, Mindray,.... -Sử dụng cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh. Loại 1 dây -Dễ dàng vệ sinh -Chất liệu: Nylon TPU mềm cho loại dùng nhiều lần	Cái	07
5	Bao đo huyết áp dùng cho máy B40i -Tương thích với các dòng Monitor theo dõi bệnh nhân B40i -Sử dụng cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh -Sử dụng nhiều lần, loại 1 dây -Dễ dàng vệ sinh -Chất liệu: Nylon TPU mềm cho loại dùng nhiều lần,	Cái	01
6	Cáp đo huyết áp dùng cho máy B40i -Cáp dài $\geq 3m$ -Tương thích với các dòng Monitor theo dõi bệnh nhân B40i -Sử dụng cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh - Dễ dàng vệ sinh	Cái	01
	Tổng cộng: 06 danh mục		

PHỤ LỤC II
BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ BÁO GIÁ

(Kèm thông báo số: /TB-ĐKKVCP ngày 02 tháng 05 năm 2025 của Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả)

Thông tin của đơn vị báo giá
(tên, địa chỉ, số điện thoại, email)

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh Viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, chúng tôi....(ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

Stt	Tên hàng hóa, thiết bị y tế	Tên thương mại, ký mã hiệu, model sản phẩm	Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu (nếu có)	Thông số kỹ thuật cơ bản của sản phẩm	Mã HS	Hãng, nước sản xuất	Hãng, nước chủ sở hữu	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (gồm thuế)	Thành tiền (VNĐ)	Giá trúng thầu trong vòng 12 tháng gần nhất (nếu có)	Số, ngày, tên đơn vị quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu (nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1														
2														
3														

Ghi chú: - Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế.

- Đơn vị phải cung cấp đầy đủ thông tin vào các cột chưa điền thông tin.

- Đơn vị cung cấp kèm theo bản scan hợp đồng đã trúng thầu trong vòng 12 tháng gần nhất (nếu có)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày 11 tháng 05 năm 2025. (ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày)

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

Ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(ký tên, đóng dấu (nếu có))