

Số: 883/TB-ĐKKVCP

Cửa Ông, ngày 12 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc yêu cầu báo giá vật tư tiêu hao

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm Vật tư tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả

Địa chỉ: tổ 1, khu 3, phường Cửa Ông, Quảng Ninh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà: Phạm Thị Hồng Thúy, TP. Hành chính Quản trị - vật tư, thiết bị Y tế.

Số điện thoại: 0963.023.322; Email: hcqtbvdkkvcp@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - vật tư, thiết bị Y tế. Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả, địa chỉ: tổ 1, khu 3, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 02033940116.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ, ngày 12 tháng 08 năm 2025 đến trước 09 giờ 30 phút ngày 21 tháng 08 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 21 tháng 08 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị): *Chi tiết tại phụ lục I đính kèm*

2. Bảng cung cấp thông tin hàng hóa và chào giá: *Chi tiết tại phụ lục II đính kèm*

3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: cung cấp, bàn giao nghiệm thu hàng hóa tại kho Vật tư hóa chất, phong HCQT-VT, TBYT của Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả.

4. Thời gian cung cấp hàng hóa: trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: không áp dụng

- Thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao nghiệm thu và nhà thầu cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo quy định.

6. Các thông tin khác (nếu có).

Kính mời các Công ty/ đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa nêu trên, báo giá và điền đầy đủ thông tin chi tiết của hàng hóa theo mẫu báo giá tại **phụ lục II** đính kèm.

Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website: BVĐKKVCP;
- Lưu: VT, HCQT-VT, TBYT



Nguyễn Đức Thanh

PHỤ LỤC I

Danh mục thiết bị y tế (vật tư, hóa chất xét nghiệm)

(Kèm thông báo số : 883/TB-ĐKKVCP ngày 12/08/2025)

STT	Nội dung yêu cầu về danh mục hàng hóa và các thông tin liên quan về kỹ thuật (nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng
A.	Yêu cầu chung		
	- Hàng mới 100%, Sản xuất năm 2025 trở về sau		
B.	Yêu cầu danh mục vật tư (gồm 09 danh mục)		
1	Băng cuộn y tế 10cm x 5m Gạc màu trắng, không ố vàng, không mốc, cuộn chắc. Hai đầu cuộn băng phải bằng, không lệch, không được có xơ. * Kích thước: - Chiều dài: 5 m ± 0,2 m - Chiều rộng: 10 cm ± 0,4 cm * Độ lệch, mật độ sợi - Không được lệch quá 5 sợi mỗi bên (trừ 2 – 3 cm cuối cuộn). - Mật độ sợi: Trên một centimet vuông có 10 sợi dọc, 8 sợi ngang. * Giới hạn can nối: Cuộn băng có thể là một mảnh hay hai mảnh nối lại với nhau, đường nối phải chắc. * Tốc độ hút nước: Thời gian chìm trong nước không quá 10 giây. * Mất khối lượng do làm khô: không quá 8,5%	Cuộn	3.000
2	Kim gây tê tủy sống 25G Mũi kim dạng Quincke point cải tiến giảm thiểu tối đa tổn thương. Tay cầm nhiều rãnh gân chống trượt. Thành kim mỏng hơn 30% thông thường giúp giảm thời gian làm thủ thuật, tránh biến chứng cho bệnh nhân. Chiều dài kim ≥ 90mm; Số 25G.	Cái	250
3	Kim gây tê tủy sống 27G Mũi kim dạng Quincke point cải tiến giảm thiểu tối đa tổn thương. Tay cầm nhiều rãnh gân chống trượt. Thành kim mỏng hơn 30% thông thường giúp giảm thời gian làm thủ thuật, tránh biến chứng cho bệnh nhân. Chiều dài kim ≥ 90mm; số 27G.	Cái	200
4	Sâu máy thở Sản phẩm được làm bằng nhựa y tế với các đầu nối tiêu chuẩn: 15M, 15F, 22M, có thể co giãn. Sản phẩm được lắp đặt dễ dàng với chất lượng tốt, không bị cong, không nguy hiểm và có thể đảm bảo luồng khí lưu thông dễ dàng trong quá trình hỗ trợ thở. Dễ dàng sử dụng, an toàn và không bị nhiễm khuẩn nhờ được tiệt trùng. Khuỷu tay công hút dịch / công lấy mẫu khí có thể xoay, có thể co giãn, chiều dài khi dẫn: 15-17 cm	Cái	200

5	Kim gây tê đám rối thần kinh Kích cỡ kim: 22G; chiều dài: 5/7/10cm Kim được khắc phản xạ siêu âm với 2 đường xoắn ốc đan cắt vào nhau tạo thành hình chữ X cho phép bắt sóng siêu âm dưới mọi góc độ (360 độ). Mũi kim dạng backcut góc 30 độ cho cảm giác và độ an toàn cao khi đưa kim vào các rễ thần kinh.	Cái	100
6	Tăm bông vô khuẩn Que tăm bông được tiệt trùng, đựng trong mỗi ống nhựa có nắp đậy kín. Đường kính ống $\geq 13\text{mm}$, chiều dài $\geq 15\text{cm}$ - Thân que được làm bằng gỗ, một đầu gắn chặt với nắp ống, 1 đầu cuốn bông - Nắp ống được làm bằng nhựa PP chánh phẩm. Nắp màu đỏ - Sản phẩm sử dụng một lần	Cái	3.000
7	Phin lọc vi khuẩn (Phin lọc khuẩn, lọc ẩm) Được sử dụng trong gây mê hoặc thiết bị hô hấp để giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn chéo với màng lọc vi có hiệu quả lọc lên đến 99.999% - Cổng nối 22F/15M cho cổng đầu vào và 22M/15F cho cổng bệnh nhân. - Lọc hơi nước để bảo vệ máy hay bổ sung hơi ẩm, trao đổi nhiệt cho khí khi bệnh nhân thở vào - Cổng kết nối luer port 4.3 cho cảm biến áp lực hoặc đo khí CO2 - Chỉ sử dụng cho một bệnh nhân để giảm thiểu ô nhiễm chéo - Chất liệu: Polypropylen đáp ứng yêu cầu về tương thích sinh học.	Cái	200
8	Bông y tế cắt miếng 2cm x 2cm 100g Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông được cắt thành miếng nhỏ kích thước 2cm x 2cm đồng đều về kích thước và trọng lượng. Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm. Tốc độ hút nước: ≤ 5 giây Độ ẩm: $\leq 8\%$ độ acid và độ kiềm Hàm lượng chất béo không vượt quá 0,5% Kích thước: 2cm x 2cm	Gói	350
9	Ống nội khí quản có bóng số 7 Ống đặt nội khí quản có bóng số 7 Ống: - Vật liệu PVC chịu nhiệt và chống xoắn đảm bảo tính linh hoạt của ống, phù hợp với đường thở - Vòng đôi đánh dấu vị trí đặt nội khí quản chính xác - Ống được in kích thước, chiều dài và các thông tin khác để tham khảo trực quan nhanh chóng - Thành ống nhẵn ngăn chặn sự tích tụ dịch tiết - Có đường cản quang tia X trên ống - Đầu vát tròn mềm mại không gây chấn thương và mất Murphy - Tiệt trùng 100% bằng khí EO - Đánh dấu chiều dài mỗi 1cm Bóng: - Bóng áp suất thấp thể tích lớn, giảm thiểu nguy cơ chấn thương - Thành mỏng giúp hạn chế việc không bị kín. Có van kiểm soát (pilot valve)	Cái	200
Tổng cộng: 09 danh mục			

PHỤ LỤC II
BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ BÁO GIÁ

(Kèm thông báo số: 883/TB-ĐKKVCP ngày 12 tháng 08 năm 2025 của Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả)

Thông tin của đơn vị báo giá
(tên, địa chỉ, số điện thoại, email)

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh Viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, chúng tôi...(ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

Stt	Tên hàng hóa, thiết bị y tế	Tên thương mại, ký mã hiệu, model sản phẩm	Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu (nếu có)	Thông số kỹ thuật cơ bản của sản phẩm	Mã HS	Hãng, nước sản xuất	Hãng, nước chủ sở hữu	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (gồm thuế)	Thành tiền (VNĐ)	Giá trúng thầu trong vòng 12 tháng gần nhất (nếu có)	Số, ngày, tên đơn vị quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu (nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1														
2														
3														

Ghi chú: - Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế.

- Đơn vị phải cung cấp đầy đủ thông tin vào các cột chưa điền thông tin.

- Đơn vị cung cấp kèm theo bản scan hợp đồng đã trúng thầu trong vòng 12 tháng gần nhất (nếu có)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày 21 tháng 08 năm 2025. (ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày)

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

Ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(ký tên, đóng dấu (nếu có))